

調 達 品 目 表

調達要求番号		作成部 課	補給本部第2部第2調達課
調達要求年月日		作成年月日	
仕様書番号	C & L P S - B 9 9 4 8 7 - 1 1		

品 名	カタログ製品名 ^{a)}	C P 番号	備 考
電気炉	山田電機(株) M K S - 4 3 0 - 6 L 又は (株)サーマル R B H 6 0 又は同等品以上のもの (他社の製品を含む。)	CP245156038009 CP245156038010	数量 2 E A #

注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

同等品とする性能等

1 要求諸元

- | | |
|----------|---|
| (1) 使用温度 | 炉内温度が187℃～193℃及び487℃～498℃の範囲内において安定した状態で、最低16時間継続使用できるものとし、温度設定機能及びタイマー機能を有するものとする。さらに、2時間以内に炉内温度を0℃から190℃±3℃まで上昇させ、安定させることができるものとする。 |
| (2) 電源電圧 | 三相200V/50, 60Hz |
| (3) 電気容量 | 12kW～25kW |
| (4) 炉内寸法 | (W) 400mm×(H) 300mm×(D) 600mm以上 |
| (5) 外形寸法 | (W) 1500mm×(H) 1450mm×(D) 1100mm以下 |
| (6) 可搬機能 | キャスター(セルフロック機能により固定できるもの)付きで容易に可搬できるものとする。 |

2 提出書類

- | | |
|-----------|-------------------------------|
| (1) 類別原資料 | 当該製品について納入実績のある会社は省略することができる。 |
| (2) 取扱説明書 | 別途提出分(初回)は4部とし、器材添付は、2部とする。 |